

Vnitřní vybavení

1) Pojízdné křeslo s područkami - 10 kusů

- Základní rozměry:
Šířka 700 mm
Výška (dle polohy opěradla) 980 – 1 130 mm
Hloubka (dle polohování) 720 – 1 320 mm
Výška sedáku 470 mm
Průměr koleček 75 mm, 5. centrální kolečko 100 mm
5. centrální kolečko 100 mm
- Konstrukce:
Dřevěná, robustní, zvýšená stabilita a pevnost
Integrovaná podnožka polohovatelná současně s opěradlem
Výklopná deska pro podporu noh
Sedák a opěradlo
Tvarovaná překližka
Čalouněné
Samozhášitelný molitan
Snímatelný pratelný potah
Nepropustná separační vrstva na sedáku a podnožce
Opěradlo polohovatelné plynovou pružinou
Područky
Vysoká tuhost
Zakončení područek usnadňující vstávání
Nohy
Robustní
Kolečka 125 mm, bržděná

2) Noční stolek s jídelní deskou - 10 kusů

- Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku s kvalitními ABS hrany
- Provedení - horní uzamykatelná zásuvka, nika, velká spodní zásuvka
- Rozměry stolku 700 x 780 x 48 mm (Š x V x H) s tolerancí 50 mm
- Jednou rukou výškově nastavitelná a ovladatelná jídelní deska
- Možnost oboustranné instalace a vyjmutí jídelní desky bez použití nářadí
- Páté kolečko pro dodatečnou stabilitu a odolnost proti naklonění
- Nosnost jídelní desky minimálně 18kg
- S držákem na příslušenství na zadní straně: držák na ručník a 2 držáky na příslušenství
- Se zámkem pro horní zásuvku a přípravou pro univerzální klíč
- Design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky

3) Elektricky polohovatelné, nízké pečovatelské lůžko s dělenými postranicemi – 30 kusů

- Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, nebo obdobné řešení
- Rozměry vnitřní 200 x 88 cm, tolerance 2 cm
- Rozměry vnější 208 x 105 cm, tolerance 5 cm
- Bezpečné pracovní zatížení minimálně 270 kg (235 kg váha pacienta, 35 kg matrace + příslušenství)
- 4 dílná ložná plocha - lakovaný rám s možností snadno odnímatelných dílů ložné plochy pro snadnou dezinfekci, přístup a údržbu
- Elektricky polohovatelný zádivý a stehenní díl, minimálně mechanicky polohovatelný lýtkový díl, zádivý díl dlouhý minimálně 80 cm
- Automatický odsun ložné plochy pro eliminaci tlaku při polohování zádivého dílu min. o 11 cm s tolerancí 2 cm
- Automatický odsun ložné plochy pro eliminaci tlaku při polohování stehenního dílu min. o 6 cm s tolerancí 2 cm
- možnost prodloužení lůžka minimálně o 20 cm proveditelné bez použití nářadí
- Elektricky nastavitelná výška ložné plochy v rozsahu minimálně 25 - 80 cm s tolerancí 3 cm
- Dolní "spánková" bezpečnostní výška ložné plochy pro prevenci pádu max. 25 cm s tolerancí 3 cm
- Automatické zastavení lůžka ve střední "mobilizační" poloze ve výšce 41 cm s tolerancí 3 cm pro rychlé a snadné nastavení optimální výšky pro mobilizaci
- Horní "ošetřovatelská" poloha optimální pro ošetřování ve výšce minimálně 80 cm
- Dělené postranice s pojistkou proti nechtěnému spuštění, aretovatelné minimálně ve 4 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka z důvodu možnosti umístění stolku bezprostředně vedle lůžka, koncipované bez středových sloupků, postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním po celé délce ložné plochy, bezpečné a ergonomické ovládání – nahoře (na nebo nad úroveň ložné plochy)
- Podjezdnost všech zvedáků a stolků minimálně 15 cm
- 4x kolečka o průměru minimálně 125 mm
- Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici
- Systém pro nouzové odblokování zádivého a stehenního dílu ložné plochy (CPR)
- Ruční ovladač lůžka opatřen pohybovým senzorem, který podsvítí základní tlačítka při pohybu s ovladačem, zámek ovladače z důvodu zvýšené bezpečnosti elektronický pomocí kombinace tlačítek, umožňující polohování zádivého a stehenního dílu (samostatně i současně), nastavení výšky, opěry zad, opěry steh, automatické polohy kontury těla, předprogramové polohy „Kardiacké křeslo“ a polohy Trendelemburgu/Antitrendelemburgu minimálně 12°/12°
- Podsvícení lůžka
- Integrovaná lampička
- Možnost volby designu čel a barevného provedení dekoru lůžka

Hrazda s rukojetí pro vyšší zátěž, splňující aktuální bezpečnostní normy – 30 kusů

- Lakovaná, nosnost min. 75 kg
- Plastová rukojeť s výškově nastavitelným řemenem - samonavíjecí mechanismus hrazdy

Pasivní antidekubitní matrace - střední riziko – 30 kusů

- Musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem

Příloha č. 2 Výzvy: Technické parametry pro 2. část veřejné zakázky

- Jádru matrace kombinované ze studených PUR pěny, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m³ a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), na povrchu jádra vrstva min. 7cm studené PUR pěny o hustotě min. 50kg/m³ a odporem proti stlačení cca 3,6kPa (+/- 10%), vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m³ a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka
- Na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min 140g/m² pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace
- Snadno snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230g/m², velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný
- Materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
- Na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci
- Nosnost min. 150kg
- Tvarově a funkčně plně kompatibilní s daným lůžkem, výška min. 14cm
- Pěna matrace a potah matrace opatřen informacemi o datu výroby, názvu matrace - nesmívatelný text